molten®
From the Inside Out

ワイド・オーバーテーブル取扱説明書　●品番　MTUT16DB

注意事項

警　告

●本製品はトゥルース-Ⅱ専用です。
本製品はモルテン離床支援型ベッド・トゥルース-Ⅱ専用です。トゥルース-Ⅱ以外の製品（ベッド）に使用しないでください。

●ワイド・オーバーテーブルは必ず指定の位置・向きに取り付けて使用してください。
ワイド・オーバーテーブルは足元側のサイドレールBに取り付けてください。

●ワイド・オーバーテーブルを使用するときは、必ずロックバーをロック状態にしてください。
必ずロックバーを「ロック」の位置まで回転させ、サイドレールBに固定してください。

●テーブル（天板）に寄りかかったり、指定耐荷重以上のものを置かないでください。
転倒・破損の原因となり、ケガをする恐れがあります。
耐荷重は15kgの範囲と5kgの範囲があります。

●ワイド・オーバーテーブルに座らないでください。
ワイド・オーバーテーブルに座ったりもたれ掛かったりすると、転倒やケガをする恐れがあります。

●危険ですので、ワイド・オーバーテーブルの上に物を置いたままでベッドの高さ調整を行わないでください。

●サイドレールB以外の他のサイドレール製品と組み合わせて使用しないでください。
他の製品と組み合わせた場合、ケガや破損する恐れがありますので、指定製品以外は使用しないでください。

●お客様による改造・修理はしないでください。
変形・破損の原因となり、ケガをする恐れがあります。

●ワイド・オーバーテーブルを手すりがわりに使用しないでください。

●本来の目的以外に使用しないでください。
本来の目的以外に使用すると、ベッドの破損や思わぬケガをする恐れがあります。

●有機溶剤やスプレータイプの殺虫剤などをワイド・オーバーテーブルに直接噴射しないでください。
シンナー、ベンジンなどの有機溶剤や殺虫剤に含まれる溶剤によってワイド・オーバーテーブルが破損・変色・溶解する恐れがあります。また、破損・溶解した部分で思わぬケガをする恐れがあります。清拭する場合は、中性洗剤を水で薄め柔らかい布に浸し、よく絞ってから清拭してください。その後残った洗剤分を水に浸した柔らかい布で拭き取ってください。

●本製品は日本国内専用です。
海外では使用できません。

各部名称

●表側



●裏側



設置方法

ワイド･オーバーテーブルのサイドブラケットがサイドレールBのフレーム上部にはまるように取り付けてください。

1



ロックバーが「ロック解除」の位置にあることを確認してください。

2



ワイド･オーバーテーブルを足元側のサイドレールBに取り付けます。

●足元側から見た図



3



ロックバーを「ロック」の位置まで回転させてサイドレールBに固定させてください。

●足元側から見た図



⚠ 警告

- ●ワイド･オーバーテーブルは必ず指定の位置･向きに取り付けて使用してください。
- ●サイドレールB以外の他のサイドレール製品と組み合わせて使用しないでください。
- ●ワイド･オーバーテーブルを使用するときは、必ずロックバーをロック状態にしてください。

付属品の適合

JIS認証

●適合付属品

	品　番	品　　名
サイドレール	**MTUT11DB**	サイドレールB（足元側用）

お手入れ方法

清拭する場合は、中性洗剤を水で薄め柔らかい布に浸し、よく絞ってから清拭してください。
その後残った洗剤分を、水に浸してよく絞った布で拭き取ってください。
最後に乾いた布で水滴･湿気をしっかり拭き取ってください。

※有機溶剤（シンナー、ベンジンなど）やスプレータイプの殺虫剤、強塩酸洗浄剤などを使用しないでください。

■適応機種＝モルテン離床支援型ベッド　トゥルース-Ⅱ

仕 様

ワイド･オーバーテーブル　品番　MTUT16DB

- ●サイズ：幅98×奥行61×高さ4.5cm
- ●重　量：5.5kg
- ●最大使用荷重：15kg･5kg（範囲により異なる）
- ●素　材：化粧合板、ABS樹脂
- ●カラー：ベージュ

■トゥルース-Ⅱ専用

開発・製造元

※ 健康用品事業本部にて取得しています。

株式会社 モルテン
健康用品事業本部
www.molten.co.jp/health
東京　札幌　仙台　名古屋　大阪　広島　福岡
製品他、各種お問い合せは
〒739-1794　広島市安佐北区口田南2-18-12
TEL.082-842-9975
FAX 0120-769-123
E-mail:health@molten.co.jp

2015.10